

Doporučení Národního referenčního centra pro hygienu půdy a odpadů k nakládání s odpadem vzniklým při provádění antigenních testů

V ČR dostupné testy pro detekci antigenu SARS-CoV-2 jsou určeny **pouze pro použití zdravotnickým pracovníkem** (health care professional).

Použité antigenní testy a ostatní odpad vznikající při testování na COVID-19 je nutné považovat za infekční odpad. Proto musí být bezpečně shromažďován v obalech certifikovaných pro infekční odpad. Obaly musí být označeny, uzavřeny, musí být nepropustné, mechanicky odolné a spalitelné.

Každý shromažďovací prostředek je třeba, s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců zdravotnických zařízení i ostatních osob, které s odpadem dále nakládají, řádně označit druhem odpadu, místem vzniku, datem, katalogovým číslem odpadu a nejlépe i barevným odlišením shromažďovacího prostředku.

Pokud je to možné, měl by být odpad dekontaminován nebo alespoň ošetřen desinfekcí a to v místě jeho vzniku. Obal odpadu se před transportem ze zdravotnického zařízení desinfikuje vhodným desinfekčním prostředkem a to z důvodu ochrany zdraví pracovníků, kteří s odpadem dále nakládají. Všichni, kteří nakládají s odpady, musí nosit vhodné OOP a provádět častou hygienu rukou.

Na odpad se vztahují stejné povinnosti pro nakládání a transport jako pro ostatní infekční odpad kategorie B (UN 3291) uvedený v Katalogu odpadů pod kódy odpadů „ 18 01 01* Ostré předměty“ a 18 01 03* „ Odpady, na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce“.

Doporučené postupy pro nakládání s infekčním odpadem jsou podrobně popsány v certifikované *Metodice pro nakládání s odpady ze zdravotnických, veterinárních a jim podobných zařízení*

<http://www.szu.cz/tema/zivotni-prostredi/odpady-ze-zdravotnickych-zarizeni>

<http://www.szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-3>

https://www.mzp.cz/cz/nakladani_s_odpady_zdravotnictvi

12. 11. 2020 M. Zimová